

ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу медицинских изделий

г. Талдыкорган

«29» сентября 2021 год

Вскрытие конвертов в 10:00 часов 22 сентября 2021 г.

В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила) тендерная комиссия в составе:

Оспанов Б.Ж.

директор КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Члены комиссии:

Ким А.Р

- заместитель по лечебной части КГП на ПХВ
«Областная инфекционная больница»

Ермектасов Р.Ж.

- Юрист КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Баясилова К.Ш.

- Главная медсестра КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Ергожа К.К.

- Провизор КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Секретарь комиссии:

Чалова Л.Ю.

- бухгалтер по гос.закупам КГП на ПХВ
«Областная инфекционная больница»

22 сентября 2021 года в 10 ч.00 мин. в здании КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу медицинских изделий:

№	Наименование товара	Ед изм	Кол-во	Цена за ед тенге	Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге
1	Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции на 96 реакций в комплекте с Набором реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2- на 96 реакций. Минимум 3 канала	комплект	25	280 000	7 000 000

	детекции, 3 гена. Чувствительность не более 100 копий на мл. Возможность работы на станциях				
2	Противачумный комплект (многократная)	комплект	600	28000	16 800 000

2. По состоянию на дату окончания приема заявок, 22 сентября 2021 года в 10 ч.00 мин, были представлены заявки с ценовыми предложениями от поставщиков. Потенциальные поставщики, представившие свои конверты: ИП «Gromax», ТОО «BERKATA engineering» ТОО «Аксель и А».

№ п/п	Наименование и адрес потенциального поставщика
1	ИП «Gromax» Акмолинская область г.Кокшетау ул. Акан серы 206
2	ТОО «BERKATA engineering» г. Алматы ул Демеченко 61
3	ТОО «Аксель и А» Алматинская область Илийский р-он с Казчик промзона уч 21

3. Заявки поставщиков на участие в тендере, представленных после истечения окончательного срока представления, не было.

4. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, время представления тендерных заявок на участие в тендере в соответствии с журналом регистрации заявок:

№ п/п	Наименование и адрес потенциального поставщика	Время и дата сдачи заявок на участие
1	ИП «Gromax» Акмолинская область г.Кокшетау ул. Акан серы 206	12 часов 00 минут 20 сентября 2021 г.
2	ТОО «BERKATA engineering» г. Алматы ул Демеченко 61	14 часов 00 минут 21 сентября 2021 г.
3	ТОО «Аксель и А» Алматинская область Илийский р-он с Казчик промзона уч 21	17 часов 00 минут 21 сентября 2021 г.

5. Ценовые предложения по закупке медицинских изделий, оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов по №1 лоту.

№ п/п	Наименование и адрес потенциального поставщика	Цена, за единицу
1	ТОО «BERKATA engineering» г. Алматы ул Демеченко 61	280 000 тенге
2	ТОО «Аксель и А» Алматинская область Илийский р-он с Казчик промзона уч 21	240 000 тенге

По №2 лоту

№ п/п	Наименование и адрес потенциального поставщика	Цена, за единицу
1	ИП «Gromax» Акмолинская область г.Кокшетау ул. Акан серы 206	17 770 тенге
2	ТОО «Аксель и А» Алматинская область Илийский р-он с Казчик промзона уч 21	27 000 тенге

6. При вскрытии конвертов присутствовали представители ТОО «Аксель и А» Тлеукина Ж.Н.

Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным требованиям:

№ п/п	Наименование и адрес потенциального поставщика	Соответствие
1	ИП «Gromax» Акмолинская область г.Кокшетау ул. Акан серы 206	соответствует
2	ТОО «BERKATA engineering» г. Алматы ул Демеченко 61	соответствует
3	ТОО «Аксель и А» Алматинская область Илийский р-он с Казчик промзона уч 21	соответствует

7. В соответствии с приказом директора КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница» №183-П от «03» сентября 2021 года дачи экспертного заключения по соответствию предлагаемых потенциальными поставщиками товаров утвержденной технической спецификации привлечен эксперт Больгер Т.В. врач ПЦР лаборатории КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница». Результаты проведенной экспертизы показали следующее:

По лоту №1 Техническая спецификация ТОО «Аксель и А» не соответствует требованиям утвержденной технической спецификации согласно п. 70 пп. 9 Постановлению 375

Техническая спецификация ТОО «BERKATA engineering» соответствует требованиям утвержденной технической спецификации.

По лоту №2 Техническая спецификация ИП «Gromax» соответствует требованиям технической спецификации.

Техническая спецификация ТОО «Аксель и А» соответствует требованиям утвержденной технической спецификации.

8. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок путем открытого голосования **РЕШИЛА:**

Признать тендер по лоту №1 состоявшимся в соответствии с пунктом 74. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям Правил 375, на основе ценового предложения победителем считается ТОО «BERKATA engineering» на общую сумму 7 000 000 тенге.

Признать тендер по лоту №2 состоявшимся в соответствии с пунктом 74. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям Правил 375, на основе наименьшего ценового предложения победителем считается ИП «Gromax» на общую сумму 10 662 000 тенге.

9. Согласно ст.78 Параграфа 6 Правил, организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от 4 июня 2021 года № 375 заключить договор по лоту №1 Набор реагентов для выделения ДНК/РНК, способом «Тендера», с потенциальным поставщиком ТОО «BERKATA engineering» г. Алматы ул Демеченко 61 этаж на сумму 7 000 000 (Семь миллион) тенге.

По лоту №2 Противачумный комплект (многоцветная), способом «Тендера», с потенциальным поставщиком ИП «Gromax» Акмолинская область г.Кокшетау ул. Акан серы 206 на сумму 10 662 000 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят две тысяч) тенге

За данное решение проголосовало «за» 5 членов комиссии,
«против» 0 членов комиссии

Председатель комиссии:

Оспанов Б.Ж.



- директор КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Члены комиссии:

Ким А.Р

- заместитель по лечебной части КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Ермектасов Р.Ж.

Р.Ж.

- Юрист КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Баясилова К.Ш.

Б.Ш.

- Главная медсестра КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Ерғожа К.К.

Е.К.

- Провизор КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Секретарь комиссии:

Чалова Л.Ю.

Л.Ю.

- бухгалтер по гос.закупам КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

28.09.2021

Экспертное заключение по технической спецификации лота № 1

Экспертизу провела:

- Заведующая лабораторией КДЛ КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница» города Талдыкорган Больгер Т.И.

Заключение :

1. Поставщик набора реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ- ПЦР в реальном времени ТОО «Аксель и А»

Выявлено несоответствие технической спецификации » к набору реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ- ПЦР в реальном времени в части :

- Набор должен поддерживать 3 канала детекции и выявлять не менее 4 генов коронавируса из рекомендованных протоколами ВОЗ : N, E, S, ORF lab, RdRp. Предлагаемая тест система ТОО «Аксель и А» РеалБест РНК SARS-CoV-2 методом ОТ- ПЦР поддерживает 2 канала детекции. Не указано сколько выявляет генов из рекомендованных ВОЗ.

- Заявлен минимальный порог чувствительности выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образцах с вирусной нагрузкой 100 копий/ мл в исходном материале , что эквивалентно 5 геномным эквивалентам вируса в реакции ПЦР. Чувствительность предлагаемого нам набора ТОО «Аксель и А» составляет 25 копий в ПЦР пробе (что соответствует 1000 копий /мл исходного образца).

2. Поставщик ТОО Berkata engineering набора реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ- ПЦР в реальном времени техническая спецификация полностью соответствует заявленной.

Заведующая лабораторией КДЛ

КГП на ПХВ

«Областная инфекционная
больница»

Больгер

Больгер Т.И.