

Техническая спецификация

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Краткая характеристика	Техническая спецификация	Техническая спецификация на казахском языке
1	ABX Ferritin 2 на анализатор ABX Pentra XL400	фл	30	Реагент ABX Pentra Ferritin 2 CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro ферритина в сыворотке и плазме крови методом иммуногугридиметрического анализа с латексным усилением ABX Pentra Ferritin 2 CP готов к использованию. Реагент 1: Буферный раствор: Глициновый буфер ■ После проведения измерений кассеты реагентов должны оставаться в охлажденном лотке Репта С400. Рабочие характеристики Репта С400 Сыворотка крови, плазма крови Перечисленные ниже рабочие характеристики репрезентативны по отношению к рабочим характеристикам медицинских систем NORIVA Medical. Количество анализов: 100 анализов	Реагент ABX Pentra Ferritin 2 CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro ферритина в сыворотке и плазме крови методом иммуногугридиметрического анализа с латексным усилением ABX Pentra Ferritin 2 CP готов к использованию. Реагент 1: Буферный раствор: Глициновый буфер ■ После проведения измерений кассеты реагентов должны оставаться в охлажденном лотке Репта С400. Рабочие характеристики Репта С400 Сыворотка крови, плазма крови Перечисленные ниже рабочие характеристики репрезентативны по отношению к рабочим характеристикам медицинских систем NORIVA Medical. Количество анализов: 100 анализов	ABX Pentra Ferritin 2 CP реагенті латекспен күшейтілген иммуногугридиметриялық талдау арқылы кан сарысуындағы және плазмадағы ферритинді in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. ABX Pentra Ferritin 2 CP пайдалануға дайын. 1-реагент: Буферлік ерітінді: Глицин буфері ■ Реагент кассетадары өлшеулерден кейін Репта С400 тоназытқыш наусында қалуы керек. Репта С400 өнімділік деректерінің сарысуы, плазмасы Төмендеті өнімділік деректері NORIVA медициналық жүйелерінің өнімділігін көрсетеді. Талдаулар саны: 100 талдау
2	ABX Ferritin 2 CAL на анализатор ABX Pentra XL400	фл	4	Требуемые материалы Автоматический биохимический анализатор: Репта С400 ■	Требуемые материалы Автоматический биохимический анализатор:	Кажетті материалдар Автоматтандырылған химия анализаторы: Репта С400 ■

			Калибратор: ABX Pentra Ferritin Cal Стабильность калибровки Реагент калибруют в день 0. Стабильности калибровки проверяют путем анализа 2 контрольных образцов. Стабильность калибровки составляет 14 дней. Примечание. Повторная калибровка рекомендуется при изменении партии реагента, а также если результаты анализа контроля выходят за пределы установленного диапазона.	Рента С400 ■ Калибратор: ABX Pentra Ferritin Cal Стабильность калибровки Реагент калибруют в день 0. Стабильности калибровки проверяют путем анализа 2 контрольных образцов. Стабильность калибровки составляет 14 дней. Примечание. Повторная калибровка рекомендуется при изменении партии реагента, а также если результаты анализа контроля выходят за пределы установленного диапазона	Калибратор: ABX Pentra Ferritin Cal Калибровку турактылығы Реагент 0-ші күні калибрленеді. Калибровку турактылығы 2 бакылау үлгісін таңдау арқылы тексеріледі. Калибрлеудің турактылығы 14 күн. Ескерту. Реагент партиясы өзгертілгенде немесе бакылау таңдауының нәтижелері ауқымнан тыс болса, қайта калибрлеу ұсынылады.
ABX Bilirubin Direct на анализатор ABX Pentra XL400	фл	5	Реагент ABX Pentra Bilirubin, Direct CP предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. Стабильность (4, 1): ■ При температуре 20–25°C: 2 дня ■ При температуре 4–8°C: 7 дней ■ При температуре –20°C: 6 месяцев (в случае немедленного замораживания). Контроль в Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Pentra N Control / ABX	Реагент ABX Pentra Bilirubin, Direct CP предназначен для диагностического количественного определения <i>in vitro</i> прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. Стабильность (4, 1): ■ При температуре 20–25°C: 2 дня ■ При температуре 4–8°C: 7 дней ■ При температуре –20°C: 6 месяцев (в случае немедленного замораживания). Контроль в Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Pentra N Control / ABX Pentra N	ABX Pentra Bilirubin, Direct CP реагент 2,4-дихлоранилинді (ДСА) пайдаланып фотометрия арқылы адам сарысуындағы және плазмасындағы тікелей билирубинді <i>in vitro</i> диагностикалық сандық анықтауға арналған. Үлгі ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен <i>in vitro</i> кан плазмасы. Тұрақтылық (4, 1): ■ 20-25°C температурада: 2 күн ■ 4-8°C температурада: 7 күн ■ -20°C температурада: 6 ай (бірден мұздату жағдайында). Басқару в Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Pentra N Control / ABX Pentra N MultiControl

				Pentra N MultiControl	MultiControl	
	ABX Bilirubin Total на анализатор ABX Pentra XL 400	фл	20	Реагент ABX Pentra Bilirubin, Total CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов ABX Pentra Bilirubin, Total CP готов к использованию. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Pentra Multical, Контроль Для внутреннего контроля качества используйте: ABX Pentra N Control, к	Реагент ABX Pentra Bilirubin, Total CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов ABX Pentra Bilirubin, Total CP готов к использованию. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Pentra Multical, Контроль Для внутреннего контроля качества используйте: ABX Pentra N Control, к	ABX Pentra Bilirubin, Total CP адам сарысуы мен плазмасындағы жалпы билирубинді 2,4-дихлоранилин (ДСА) және жұтғыш заттарды колдану арқылы фотометрия көмегімен in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. ABX Pentra Bilirubin, Total CP пайдалануға дайын. Үлгі ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы. Калибратор Калибрлеуді колдану үшін: ABX Pentra Multical, Control Ішкі сапаны бақылау үшін: ABX Pentra N Control,
4						
5	ABX Glucose на анализатор ABX Pentra XL 400	фл	5	Реагент ABX Pentra Glucose RAP CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro глюкозы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека с использованием глюкозо-гексокиназного метода с помощью колориметрии. ABX Pentra Glucose RAP CP готов к использованию. Контроль Для внутреннего контроля качества используйте: ABX Pentra N Control, Калибратор Для	Реагент ABX Pentra Glucose RAP CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro глюкозы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека с использованием глюкозо-гексокиназного метода с помощью колориметрии. ABX Pentra Glucose RAP CP готов к использованию. Контроль Для внутреннего контроля качества используйте: ABX Pentra N Control, Калибратор Для	ABX Pentra Glucose RAP CP реагенті адам сарысуындағы, плазмасындағы және зәріндегі глюкозаны колориметрия көмегімен глюкоза-гексокиназа әдісін колдана отырып in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. ABX Pentra Glucose RAP CP пайдалануға дайын. Бақылау Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ABX Pentra N Control, калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін:

			калибровки используйте: ABX Renta Multical,	Control, Калибратор Для калибровки используйте: ABX Renta Multical,	ABX Renta Multical,	
6	ABX Total Protein на анализатор ABX Renta XL 400	фл	13	Реагент ABX Renta Total Protein 100 CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. ABX Renta Total Protein CP готов к использованию. Образец ■ Негемолизируемая сыворотка крови. ■ Негемолизируемая плазма крови в пробирке с лития гепарином или ЭДТА. Контроль в Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Renta N Control / ABX Renta N Multicontrol. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Renta Multical	Реагент ABX Renta Total Protein 100 CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. ABX Renta Total Protein CP готов к использованию. Образец ■ Негемолизируемая сыворотка крови. ■ Негемолизируемая плазма крови в пробирке с лития гепарином или ЭДТА. Контроль в Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Renta N Control / ABX Renta N Multicontrol. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Renta Multical	ABX Renta Total Protein 100 CP реагенті кан сарысуындагы және плазмадагы жалпы ақуызды колориметриялық әдіспен in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. ABX Renta Total Protein CP пайдалануға дайын. Үлгі ■ Гемолизденбеген кан сарысуы. ■ Литий гепарині немесе ЭДТА бар түтіктегі гемолизденбеген плазма. Басқару в Ішкі сапаны бақылау үшін мынаны пайдаланыңыз: ■ ABX Renta N Control / ABX Renta N Multicontrol. Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Renta Multical
7	ABX Urea на анализатор ABX Renta XL400	фл	13	Реагент ABX Renta Urea CP предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевины/азота мочевины (конечный продукт метаболизма азота) в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного анализа с оценкой поглощения в УФ-	Реагент ABX Renta Urea CP предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевины/азота мочевины (конечный продукт метаболизма азота) в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного анализа с оценкой поглощения в УФ-	ABX Renta Urea CP реагенті уреаз және глутаматдегидрогеназа көмегімен ультракулгін сінуін бағалау арқылы адам сарысуындағы, плазмасындағы және зәріндегі несепнер/мочевина азотын (азот алмасуының соңғы өнімі) in vitro сандық диагностикалық анықтауға арналған. Үлгі ■ Кан

			спектре с использованием уреазы и глутаматдегидрогеназы. Образец крови в пробирке с лития гепарином. ■ Свежая моча. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control	спектре с использованием уреазы и глутаматдегидрогеназы. Образец крови в пробирке с лития гепарином. ■ Свежая моча. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control	сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы. ■ Жаңа зер. Калибратор Калибрылеуді пайдалану үшін: ABX Рента Multical. Control а Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Рента N Control	
8	ABX Creatinin 120 CP на анализатор ABX Рента XL400	фл	25	Реагент ABX Рента Creatinine 120 CP — это диагностический реагент, используемый для количественного определения in vitro креатинина в сыворотке и плазме крови и моче человека с помощью кинетического метода с использованием щелочного пикрата (метод Яффе). ABX Рента Creatinine 120 CP готов к использованию. Образец ■ Свежая, прозрачная сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином или ЭДТА. ■ Свежая отцентрифугированная моча. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control	Реагент ABX Рента Creatinine 120 CP — это диагностический реагент, используемый для количественного определения in vitro креатинина в сыворотке и плазме крови и моче человека с помощью кинетического метода с использованием щелочного пикрата (метод Яффе). ABX Рента Creatinine 120 CP готов к использованию. Образец ■ Свежая, прозрачная сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином или ЭДТА. ■ Свежая отцентрифугированная моча. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control	ABX Рента Creatinine 120 CP реагенті – сілтілі пикрат-кінетикалық әдіспен (Джаффе әдісі) адам сарысуындағы, плазмасындағы және зәріндегі креатининнің in vitro мөлшерін анықтау үшін қолданылатын диагностикалық реагент. ABX Рента Creatinin 120 CP пайдалануға дайын. Үлгі ■ Жаңа, мөлдір қан сарысуы. ■ Литий гепарин немесе ЭДТА қосылған in vitro қан плазмасы. ■ Жаңа центрифугаланған несеп. Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Рента Multical. Control а Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Рента N Control

9	ABX креатинкиназы (ABX Репта СК НАС СР)	фл	3	Реагент ABX Репта СК НАС СР предназначен для диагностического количественного определения in vitro общей креатинкиназы в сыворотке и плазме крови человека методом оптимизированного УФ-теста. Уровень креатинфосфокиназы и ее изоферментов определяют для диагностики и лечения инфаркта миокарда и заболеваний мышц, таких как прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. ABX Репта СК НАС СР готов к использованию. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином.	Реагент ABX Репта СК НАС СР предназначен для диагностического количественного определения in vitro общей креатинкиназы в сыворотке и плазме крови человека методом оптимизированного УФ-теста. Уровень креатинфосфокиназы и ее изоферментов определяют для диагностики и лечения инфаркта миокарда и заболеваний мышц, таких как прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. ABX Репта СК НАС СР готов к использованию. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином.	ABX Репта СК НАС СР реагенті онтайландырылған ультрақуштің сынағы арқылы адам сарысуындағы және плазмасындағы жалпы креатинкиназаны in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. Креатинфосфокиназа және оның изоферменттерінің деңгейі миокард инфарктісін және прогрессивті Дюшен бұлшықет дистрофиясы сияқты бұлшықет ауруларын диагностикалау және емдеу үшін анықталады. ABX Репта СК НАС СР пайдалануға дайын. Үлгі ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы.
10	ABX ALP на анализатор ABX Репта XL400	фл	1	Реагент ABX Репта ALP СР предназначен для диагностического количественного определения in vitro щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека методом кинетической фотометрии с использованием п- нитрофенилфосфата. Определение активности щелочной фосфатазы или ее изоферментов помогает в диагностике и лечении болезней печени, костей, паращитовидных желез и кишечника. ABX Репта ALP СР готов к использованию.	Реагент ABX Репта ALP СР предназначен для диагностического количественного определения in vitro щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека методом кинетической фотометрии с использованием п- нитрофенилфосфата. Определение активности щелочной фосфатазы или ее изоферментов помогает в диагностике и лечении болезней печени, костей, паращитовидных желез и кишечника. ABX Репта ALP	ABX Репта ALP СР реагенті р- нитрофенилфосфат көмегімен кинетикалық фотометрия арқылы адам сарысуындағы және плазмасындағы сілтілі фосфатазаны in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. Сілтілік фосфатазаның немесе оның изоферменттерінің белсенділігін анықтау бауыр, сүйек, қалқанша маны безі және ішек ауруларын диагностикалауға және емдеуге көмектеседі. ABX Репта ALP СР пайдалануға дайын. Калибратор Калибрылуді

				Калибратор Для калибровки использовать: ABX Рента Multical. Контроль в Для внутреннего контроля качества использовать: ■ ABX Рента N Control. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином.	СР готов к использованию. Калибратор Для калибровки использовать: ABX Рента Multical. Контроль в Для внутреннего контроля качества использовать: ■ ABX Рента N Control. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином	пайдалану үшін: ABX Рента Multical. Басқару в Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Рента N Control. Үлгі ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы
11	ABX Albumin СР на анализатор ABX Рента XL400	фл	5	Реагент ABX Рента Albumin СР предназначен для диагностического количественного определения in vitro альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. Калибратор Для калибровки использовать: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества использовать: ■ ABX Рента N Control	Реагент ABX Рента Albumin СР предназначен для диагностического количественного определения in vitro альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. Калибратор Для калибровки использовать: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества использовать: ■ ABX Рента N Control	ABX Рента Albumin СР реагенті қан сарысуындағы және плазмадағы альбуминді колориметриялық әдіспен in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. Үлгі ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы. Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Рента Multical. Control а Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Рента N Control
12	ABX AST СР на анализатор ABX Рента XL400	фл	13	Реагент ABX Рента AST СР предназначен для диагностического количественного определения in vitro аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека с помощью УФ-теста с использованием L-аспартата и 2-оксоглутарата. ABX Рента AST СР готов к использованию. Калибратор Для калибровки использовать: ABX Рента	Реагент ABX Рента AST СР предназначен для диагностического количественного определения in vitro аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека с помощью УФ-теста с использованием L-аспартата и 2-оксоглутарата. ABX Рента AST СР готов к использованию. Калибратор	ABX Рента AST СР реагенті L-аспартат пен 2-оксоглутаратты колданатын ультракүлгін сынағы арқылы адам сарысуы мен плазмасындағы аспаратаминотрансферазаны in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. ABX Рента AST СР пайдалануға дайын. Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Рента Multical. Control а

			Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control	Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control	Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Рента N Control	
13	ABX ALT CP на анализатор ABX Рента XL400	фл	13	Реагент ABX Рента ALT CP предназначен для диагностического количественного определения α вito аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. ABX Рента ALT CP готов к использованию. Образец (5) ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control	Реагент ABX Рента ALT CP предназначен для диагностического количественного определения α вito аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. ABX Рента ALT CP готов к использованию. Образец (5) ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control	ABX Рента ALT CP реагенті қан сарысуындағы және плазмадағы α вito аланинаминотрансферазаны (АЛТ) колориметриялық әдіспен α вito диагностикалық сандық анықтауға арналған. ABX Рента ALT CP пайдалануға дайын. Үлгі (5) ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен α вito қан плазмасы. Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Рента Multical. Control а Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Рента N Control
14	ABX Amylase CP на анализатор ABX Рента XL400	фл	3	Реагент ABX Рента Amylase CP предназначен для диагностического количественного определения α вito активности фермента амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного фотометрического анализа. Определение уровня амилазы используется главным образом для диагностики и лечения панкреатита (воспаление	Реагент ABX Рента Amylase CP предназначен для диагностического количественного определения α вito активности фермента амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного фотометрического анализа. Определение уровня амилазы используется главным образом для диагностики и лечения панкреатита (воспаление	ABX Рента Amylase CP реагент ферментативті фотометриялық талдау арқылы адам сарысуындағы, плазмасындағы және зәріндегі амилаза ферментінің белсенділігін α вito диагностикалық сандық анықтауға арналған. Амилаза сынағы негізінен панкреатитті (ұйқы безінің қабынуы) диагностикалау және емдеу үшін қолданылады. ABX Рента

				поджелудочной железы). ABX Рента Amylase CP готов к использованию. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. ■ Моча. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль в Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control /	поджелудочной железы). ABX Рента Amylase CP готов к использованию. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. ■ Моча. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента Multical. Контроль в Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента N Control /	Amylase CP пайдалануға дайын. Үлгі ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы. ■ Зер. Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Рента Multical. Бақылау b Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Рента N Control /
15	ABX CRP Cal на анализатор ABX Рента XL400	фл	2	Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента CRP Cal	Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента CRP Cal	Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Рента CRP Cal
16	ABX CRP на анализатор ABX Рента XL400	фл	5	Реагент ABX Рента CRP CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro C-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека с помощью иммунотурбидиметрического анализа. Определение уровня C-реактивного белка помогает в оценке повреждений тканей организма. ABX Рента CRP CP готов к использованию. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента CRP Cal. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента Immuno I Control L/H. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином	Реагент ABX Рента CRP CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro C-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека с помощью иммунотурбидиметрического анализа. Определение уровня C-реактивного белка помогает в оценке повреждений тканей организма. ABX Рента CRP CP готов к использованию. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Рента CRP Cal. Контроль а Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Рента Immuno I Control L/H. Образец ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития	ABX Рента CRP CP реагент иммунотурбидиметриялық талдау арқылы адам сарысуындағы және плазмасындағы C-реактивті ақуызды in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. C-реактивті ақуыз деңгейін анықтау дене тіндерінің зақымдалуын бағалауға көмектеседі. ABX Рента CRP CP пайдалануға дайын. Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Рента CRP Cal. Control а Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ■ ABX Рента Immuno I Control L/H. Үлгі ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы

				гепарином	
17	Derproteinizer CP на анализатор ABX Pentra XL400	фл	8	ABX Pentra Derproteinizer CP готов к использованию. Данный реагент содержит гипохлорит натрия (29% об./об. с содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (< 0,5%). рН раствора составляет более 11. ABX Pentra Derproteinizer CP следует использовать согласно этому примечанию для реагента. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики.	ABX Pentra Derproteinizer CP готов к использованию. Данный реагент содержит гипохлорит натрия (29% об./об. с содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (< 0,5%), рН раствора составляет более 11. ABX Pentra Derproteinizer CP следует использовать согласно этому примечанию для реагента. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики.
18	ABX Cholesterol на анализатор ABX Pentra XL400	фл	1	Реагент ABX Cholesterol CP предназначен для количественного определения in vitro холестерина в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа (реакция Триндера). Определение холестерина используется в диагностике и лечении заболеваний, при которых наблюдается повышенное содержание холестерина в крови, а также нарушений метаболизма липидов и липопротеинов. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Pentra	Реагент ABX Cholesterol CP предназначен для количественного определения in vitro холестерина в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа (реакция Триндера). Определение холестерина используется в диагностике и лечении заболеваний, при которых наблюдается повышенное содержание холестерина в крови, а также нарушений метаболизма липидов и липопротеинов. Калибратор Для калибровки
					ABX Pentra Derproteinizer CP пайдалануға дайын. Бұл реагенттің құрамында натрий гипохлориті (29% к/т 15% кол жетімді хлор) және натрий гидроксиді (< 0,5%) бар. Ерітіндінің рН мәні 11-ден жоғары. ABX Pentra Derproteinizer CP осы реагент ескертуіне сәйкес қолданылуы керек. Әйтпесе, өндіруші оның дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бере алмайды.
					ABX Pentra Cholesterol CP реагент ферментативті фотометриялық талдау (Триндер реакциясы) арқылы адам сарысуы мен плазмасындағы холестеринді in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. Холестеринді анықтау қандағы холестериннің жоғарылауы, сондай-ақ липидтер мен липопротеидтер алмасуының бұзылуы бар ауруларды диагностикалау және емдеуде қолданылады. Калибратор Калибрылуді қолдану үшін: ABX Pentra Multical, Control Ішкі сапаны бақылау үшін: ABX Pentra N Control, ABX

			Multical, Контроль Для внутреннего контроля качества используйте: ABX Репита N Control, ABX Репита Cholesterol СР готов к использованию. Образец d e (5, 6, 7) ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином	используйте: ABX Репита Multical, Контроль Для внутреннего контроля качества используйте: ABX Репита N Control, ABX Репита Cholesterol СР готов к использованию. Образец d e (5, 6, 7) ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином	Репита Cholesterol СР пайдалануға дайын. c d e үлгісі (5, 6, 7) ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы	
19	ABX Clean-Chem на анализатор ABX Репита XL 400	фл	39	ABX Репита Clean-Chem СР готов к использованию. Данный реагент содержит Гидроксид натрия (< 2%). pH раствора составляет Более 12. ABX Репита Clean-Chem СР следует использовать согласно этому примечанию для реагента. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики. ABX Репита Clean-Chem СР в неоткрытой кассете стабилен до окончания указанного на этикетке срока годности при хранении при температуре 2-8°C. После открытия ABX Репита Clean-Chem СР стабилен в течение 45 дней при температуре 2-8°C или при помещении в охлажденную камеру биохимического анализатора ABX Репита 400 или Репита С400.	ABX Репита Clean-Chem СР готов к использованию. Данный реагент содержит Гидроксид натрия (< 2%). pH раствора составляет Более 12. ABX Репита Clean-Chem СР следует использовать согласно этому примечанию для реагента. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики. ABX Репита Clean-Chem СР в неоткрытой кассете стабилен до окончания указанного на этикетке срока годности при хранении при температуре 2-8°C. После открытия ABX Репита Clean-Chem СР стабилен в течение 45 дней при температуре 2-8°C или при помещении в охлажденную камеру биохимического анализатора ABX Репита 400 или Репита С400.	ABX Репита Clean-Chem СР пайдалануға дайын. Бұл реагент құрамында натрий гидроксиді (< 2%) бар. Ертілдінің pH мәні 12-ден жоғары. ABX Репита Clean-Chem СР осы реагент ескертуіне сәйкес қолданылуы керек. Әйтпесе, өндіруші оның дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бере алмайды. Ашылмаған кассетадағы ABX Репита Clean-Chem СР 2-8°C температурада сақталған кезде жапсырмада басылған жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты. Ашылғаннан кейін ABX Репита Clean-Chem СР 2-8°C температурада немесе ABX Репита 400 немесе Репита С400 химиялық анализаторының тоңазытқыш камерасына қойылғанда 45 күн бойы тұрақты болады.

20	ABX Calcium AS CP(общий кальций) на анализатор ABX Pentra XL400	фл	1	Реагент ABX Pentra Calcium AS CP с соответствующими калибратором и контролем представляет собой реагент для диагностического количественного определения in vitro кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче человека колориметрическим методом с использованием биохимического анализатора Pentra C400. Определение уровня кальция используют в диагностике и лечении заболеваний паратитовидной железы, различных заболеваний костей, хронической болезни почек и тетании (периодические мышечные сокращения или спазмы). Реагенты ABX Pentra Calcium AS CP готов к использованию. Образец (8) ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. ■ Моча. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Pentra Multical	Реагент ABX Pentra Calcium AS CP с соответствующими калибратором и контролем представляет собой реагент для диагностического количественного определения in vitro кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче человека колориметрическим методом с использованием биохимического анализатора Pentra C400. Определение уровня кальция используют в диагностике и лечении заболеваний паратитовидной железы, различных заболеваний костей, хронической болезни почек и тетании (периодические мышечные сокращения или спазмы). Реагенты ABX Pentra Calcium AS CP готов к использованию. Образец (8) ■ Сыворотка крови. ■ Плазма крови в пробирке с лития гепарином. ■ Моча. Калибратор Для калибровки используйте: ABX Pentra Multical	Байланысты калибраторы және бақылау бар ABX Pentra Calcium AS CP реагенті Pentra C400 химиялық анализаторын пайдаланып колориметрия арқылы адам сарысуындағы, плазмасындағы және зәріндегі кальцийді in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған реагент болып табылады. Кальций денгейін анықтау қалқанша маны безінің ауруларын, артури сүйек ауруларын, созылмалы бүйрек ауруларын және тетанияны (бұлшық етердің мерзімді жиырылуы немесе спазмы) диагностикасы мен емдеуде қолданылады. ABX Pentra Calcium AS CP реагенттері пайдалануға дайын. Үлгі (8) ■ Қан сарысуы. ■ Литий гепаринімен in vitro қан плазмасы. ■ Зәр. Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Pentra Multical
21	MultiControl на анализатор ABX Pentra XL400	фл	1	Контроль Для внутреннего контроля качества используйте: ABX Pentra C400 N Control,	Контроль Для внутреннего контроля качества используйте: ABX Pentra C400 N Control,	Бақылау Ішкі сапаны бақылауды пайдалану үшін: ABX Pentra C400 N баскару,
22	ABX Multical на анализатор ABX Pentra XL400	фл	2	Калибратор Для калибровки используйте: ABX Pentra C400 Multical	Калибратор Для калибровки используйте: ABX Pentra C400 Multical	Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Pentra C400 Көптік

23	Procalcitonin CHECK-1 № 20 на анализатор Easy Reader	набор	28	Количественный экспресс-тест для определения человеческого пролактина в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader». Метод определения основан на использовании специфического комплекса мышиных моноклональных антител к пролактину, конъюгированных с красителем, и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител для избирательного определения пролактина в тестируемых пробах с высокой степенью специфичности. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител к пролактину с красителем связывается с присутствующим в пробе пролактином, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается с иммобилизованными в тестовой зоне (T) моноклональными антителами, образуя пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием пурпурно-розовой контрольной полосы, свидетельствующей о реакционной способности всех компонентов теста. Количественные результаты теста считываются с помощью анализатора «Easy Reader».	Количественный экспресс-тест для определения человеческого пролактина в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» Метод определения основан на использовании специфического комплекса мышиных моноклональных антител к пролактину, конъюгированных с красителем, и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител для избирательного определения пролактина в тестируемых пробах с высокой степенью специфичности. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител к пролактину с красителем связывается с присутствующим в пробе пролактином, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается с иммобилизованными в тестовой зоне (T) моноклональными антителами, образуя пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием пурпурно-розовой контрольной полосы, свидетельствующей о реакционной способности всех компонентов теста. Количественные результаты теста считываются с помощью анализатора «Easy Reader».	Количественный экспресс-тест для определения человеческого пролактина в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» Метод определения основан на использовании специфического комплекса мышиных моноклональных антител к пролактину, конъюгированных с красителем, и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител для избирательного определения пролактина в тестируемых пробах с высокой степенью специфичности. При прохождении пробы через слой адсорбента конъюгат антител к пролактину с красителем связывается с присутствующим в пробе пролактином, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается с иммобилизованными в тестовой зоне (T) моноклональными антителами, образуя пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает	«Easy Reader» Иммунохроматографиялық сынақтарға арналған Экспресс анализаторын пайдалана отырып, қан сарысуындағы, плазмасындағы немесе толық қанды адам пролактинін анықтауға арналған сандық экспресс-тест. Анықтау әдісі пролактинге бояғышпен конъюгацияланған тышқанның моноклоналды антиденелерінің белгілі бір кешенін және жотары дәрежелі сынақ үлгілеріндегі пролактинді селективті анықтау үшін сынақ кассетасының мембранасында иммобилизацияланған тышқанның басқа поликлоналды антиденелерін пайдалануға негізделген. ерекшелік.
----	--	-------	----	--	---	---	---

				контрольной зоны (C), где осаждается с образованием пурпурно-розовой контрольной полосы, свидетельствующей о реакционной способности всех компонентов теста. Количественные результаты теста считываются с помощью анализатора «Easy Reader».	
24	Procalcitonin control N на анализатор Easy Reader	фл	3	ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВОГО положительного и отрицательного контроля должны быть использованы с VEDALABProcalCheck-1 количественный экспресс-тест	PROCALCTONIN он және теріс бакылау элементтері VEDALABProcalCheck-1 сандық жылдам сынағымен бірге қолданылуы керек
25	Procalcitonin control P на анализатор Easy Reader	фл	3	ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВОГО положительного и отрицательного контроля должны быть использованы с VEDALABProcalCheck-1 количественный экспресс-тест	PROCALCTONIN он және теріс бакылау элементтері VEDALABProcalCheck-1 сандық жылдам сынағымен бірге қолданылуы керек
26	TRORONIN I CHECK – 1 на анализатор Easy Reader	набор	8	Тропонин I (Troponin I, TnI) представляет собой регуляторный белок, связанный с тонкими волокнами сократительного комплекса мышечных клеток. Он кодируется тремя разными генами, которые выделяются разными типами мышечных тканей. В результате этого существуют три изоформы тропонина I, характерные для быстрых волокон скелетных мышц, для медленных волокон скелетных мышц, или для миокарда (сTnI – сердечная	Тропонин I (Troponin I, TnI) представляет собой регуляторный белок, связанный с тонкими волокнами сократительного комплекса мышечных клеток. Он кодируется тремя разными генами, которые выделяются разными типами мышечных тканей. В результате этого существуют три изоформы тропонина I, характерные для быстрых волокон скелетных мышц, для медленных волокон скелетных мышц, или для миокарда (сTnI – сердечная

			изоформа).	изоформа).		
27	Фоб тест FOB-CHEK - 1, ул.№ 20 пр-ль	набор	2	Количественный иммунохроматографический экспресс-тест для обнаружения скрытой крови в фекалиях. Метод определения основан на использовании специфического комплекса конъюгированных с красителем мышиных моноклональных антител к человеческому гемоглобину и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты моноклональных мышиных антител к человеческому гемоглобину для его селективной идентификации с высокой степенью чувствительности и специфичности. После взятия пробы специальным шприцем с раствором для экстракции несколько капель полученного экстракта фекалий вносят в лунку для проб тестовой кассеты. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител с красителем связывается с гемоглобином человека, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается в реакционной зоне с антителами к гемоглобину с образованием полос розового цвета. В отсутствие гемоглобина линии не образуются. Продолжая продвигаться по слою адсорбента, несвязанный конъюгат связывается с реагентами в контрольной зоне с образованием полос, свидетельствующих о реакционной способности теста. В зависимости от концентрации крови в тестовом окне появляются линии различной интенсивности, что позволяет количественно измерить гемоглобин при помощи иммунохроматографического экспресс-анализатора «Easy Reader»(VEDALAB). Состав Тестовые кассеты Устройства для сбора проб (шприц с 2 мл раствора для экстракции) Инструкция	Количественный иммунохроматографический экспресс-тест для обнаружения скрытой крови в фекалиях. Метод определения основан на использовании специфического комплекса конъюгированных с красителем мышиных моноклональных антител к человеческому гемоглобину и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты моноклональных антител к человеческому гемоглобину для его селективной идентификации с высокой степенью чувствительности и специфичности. После взятия пробы специальным шприцем с раствором для экстракции несколько капель полученного экстракта фекалий вносят в лунку для проб тестовой кассеты. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител с красителем связывается с гемоглобином человека, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается в реакционной зоне с антителами к гемоглобину с образованием полос розового цвета. В отсутствие гемоглобина линии не образуются. Продолжая продвигаться по слою адсорбента, несвязанный конъюгат связывается с реагентами в контрольной зоне с образованием полос, свидетельствующих о реакционной способности теста. В зависимости от концентрации крови в тестовом окне появляются линии различной интенсивности, что позволяет количественно измерить гемоглобин при помощи иммунохроматографического экспресс-анализатора «Easy Reader»(VEDALAB). Состав Тестовые кассеты Устройства для сбора проб (шприц с 2 мл раствора для экстракции) Инструкция	Нежісті жасырын қанды анықтауға арналған сандық иммунохроматографиялық экспресс-тест. Анықтау әдісі адамның гемоглобиніне бояумен конъюгацияланған тышқаннан моноклоналды антиденелерінің және қаспааның сынақ аймағында, иммобилизацияланған адамның гемоглобиніне моноклоналды антиденелердің спецификалық кешенін оны сезімталдық пен спецификалықтың жоғары сәйкестендіру үшін пайдалануға негізделген. Экстракциялық ерітіндісі бар арнайы шприцпен үлгіні алғаннан кейін алынған нәжіс сығындысының бірнеше тамшысын сынақ қаспаасының үлгі құдығына қосады.

				отсутствие гемоглобина линии не образуется. Продолжая продвигаться по слою адсорбента, несвязанный конъюгат связывается с реагентами в контрольной зоне с образованием контрольной полосы, свидетельствующей о реакционной способности теста. В зависимости от концентрации крови в тестовом окне появляются линии различной интенсивности, что позволяет количественно измерить гемоглобин при помощи иммунохроматографического экспресс-анализатора «Easy Reader»(VEDALAB). Состав Тестовые кассеты 20 Устройства для сбора проб (шири с 2 мл раствора для экстракции) 20 Инструкция		
28	Фиксатор для мазков крови по Май – Грюнвальду 1 л.	литр	1	Фиксатор для мазков крови по Май – Грюнвальду 1 л.	Фиксатор для мазков крови по Май – Грюнвальду 1 л.	Мамырға сәйкес қан жатындылары үшін фиксатор - Грюнвальд 1 л.
29	Краситель Азур – Эозин 1 л	литр	1	Краситель Азур – Эозин 1 л	Краситель Азур – Эозин 1 л	Азур бояуы - эозин 1 л
30	ABX Minoclair 0.5L на анализатор ABX Pentra XL80	фл	2	Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для прибором NORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Принцип метода, специфические	Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для прибором NORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором:	NORIBAABX аспаптарына арналған қан жасушаларын сараптау және ерітуге арналған реагент Құралмен қолданылатын өлшеу процедурасы:

				аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидрооксид натрия..... 0,26% рН: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Осторожность при обращении: Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. Носите лабораторные перчатки, когда работаете с продуктом. Продукт может навредить, если его принять или вдохнуть его пары. Когда реагент не используется, держите бутылку закрытой. Пожалуйста, пересмотрите спецификации по безопасности материалов, которая содержится в реагенте.	Принцип специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидрооксид натрия..... 0,26% рН: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Осторожность при обращении: Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. Носите лабораторные перчатки, когда работаете с продуктом. Продукт может навредить, если его принять или вдохнуть его пары. Когда реагент не используется, держите бутылку закрытой. Пожалуйста, пересмотрите спецификации по безопасности материалов, которая содержится в реагенте.	Метода, эрекше аналитикалық сипаттамалары: осы құралдың пайдаланушы нұсқалығындағы «Бөлім: Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз. Құрама: Натрий гипохлориті 9% 13% Натрий гидроксиді..... 0,26% рН: 12,4±0,5 (T=20°C) Меншікті кедергі: белгісіз Сипаттама: сары сұйықтық. Колдану сақтық шаралары: кезде, теріге және киімге тигізбеніз. Өніммен жұмыс істегенде зертханалық қолғап киініз.
31	ABX AlphaLyse II 0.4L на анализатор ABX Pentra XL80	фл	4	AlphaLyse, Лизирующий реагент. на анализатор ABX Pentra XL80	AlphaLyse, Лизирующий реагент. на анализатор ABX Pentra XL80	Альфализ, лизистік реагент. ABX Pentra XL80 анализаторына арналған

32	ABX Diluent 20L на анализатор ABX Pentra XL80	канистра	7	это изотонический буферный раствор (не изменяющего геометрические размеры клеток крови) для гематологических анализаторов Рента ABX NORBA, который предназначен для разведения пробы крови и представляет собой буферный раствор со строго определенными значениями pH, проводимости и осмолярности, что обеспечивает поддержание постоянного объема клеток. Специальные добавки, воздействуя на мембраны клеток, дают возможность дифференцировать лейкоциты на три субпопуляции и определять гематокрит.	это изотонический буферный раствор (не изменяющего геометрические размеры клеток крови) для гематологических анализаторов Рента ABX NORBA, который предназначен для разведения пробы крови и представляет собой буферный раствор со строго определенными значениями pH, проводимости и осмолярности, что обеспечивает поддержание постоянного объема клеток. Специальные добавки, воздействуя на мембраны клеток, дают возможность дифференцировать лейкоциты на три субпопуляции и определять гематокрит.	кан Улгісін сұйылтуға арналған және қатан анықталған pH, өткізгіштік және осмолярлық мәндері бар буферлік ерітінді болып табылатын Рента ABX NORBA гематологиялық анализаторларына арналған изотоникалық буферлік ерітінді (қан жасушаларының геометриялық өлшемдерін өзгертпейді). жасушалардың тұрақты көлемін сақтайды. Жасуша мембраналарына әсер ететін арнайы қоспалар лейкоциттерді үш субпопуляцияға бөлуге және гематокритті анықтауға мүмкіндік береді.
33	ABX Eosinofix 1.0L на анализатор ABX Pentra XL80	фл	2	Eosinofix, Лизирующий реагент. на анализатор ABX Pentra XL80	Eosinofix, Лизирующий реагент. на анализатор ABX Pentra XL80	Eosinofix лизистік реагент. ABX Pentra XL80 анализаторына арналған
34	ABX Basolyse II 1.0L на анализатор ABX Pentra XL80	фл	10	Eosinofix, Лизирующий реагент. Раствор разложения эритроцитов для подсчета лейкоцитов и дифференциации базофилов и определения в приборах подсчета кровяных телец	Eosinofix, Лизирующий реагент. Раствор разложения эритроцитов для подсчета лейкоцитов и дифференциации базофилов и определения в приборах подсчета кровяных телец	Eosinofix, лейкоциттерді санау және қан жасушаларын санау құрылғыларында базофилді дифференциялайу және анықтауға арналған лизингі реагент RBC ас қорыту ерітіндісі
35	ABX Cleaner 1.0L на анализатор ABX Pentra XL80	фл	10	Cleaner, Реагент для промывания. на анализатор ABX Pentra XL80	Cleaner, Реагент для промывания. на анализатор ABX Pentra XL80	Тазартқыш. жууға арналған реагент. ABX Pentra XL80 анализаторына арналған
36	ABX Diffrol (1N+1N+1L) на анализатор ABX	набор	3	Контрольная кровь для анализатора ABX пентра 80	Контрольная кровь для анализатора ABX пентра 80	ABX pentra 80 анализаторына қанды бақылау

	пентра 80					
37	ABX Minilyse LMG на анализатор Micros ES 60	фл	1	Minilyse LMG, Лизирующий реагент Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец	Minilyse LMG, Лизирующий реагент Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец	Minilyse LMG, лейкоциттерді санау және саралау және кан жасушаларын санау құрылғыларында гемоглобинді анықтау үшін қызыл жасушаларды қорытуға арналған ерітінді.
38	ABX Minidil LMG на анализатор Micros ES 60	канистра	1	Реагент для разведения Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец	Реагент для разведения Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец	Сұйылтуға арналған реагент Лейкоциттерді анықтауға және дифференциациялауға, сондай-ақ кан жасушаларын санау құрылғыларында гематокритті өлшеуге арналған изотоникалық ерітінді
39	ABX Minotrol-16 (N,H,L) на анализатор Micros ES 60	набор	1	ABXMinotrol16, триуровняконтр оля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серииНОRIBAABXсопротивления в неоклеток крови в ячейкисчетчиков. ABXMinotrol16 содержитэритроциты человека, моделируемыебелые клетки крови итромбоцитымлекопитающихв образце плазмы.	ABXMinotrol16, триуровняконт роля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серииНОRIBAABXсопротивления в неоклеток крови в ячейкисчетчиков. ABXMinotrol16 содержитэритроциты человека, моделируемыебелые клетки крови итромбоцитымлекопитающихв образце плазмы	ABX Minotrol 16, жасуша есептегіштеріндегі кан жасушаларының тезділігінің НОРІВА АВХ сериясының дәлдігін бақылау үшін арналған үш деңгейлі басқару құралы. ABXMinotrol16 құрамында адам эритроциттері бар, имитацияланған ақ кан жасушалары мен сүтқоректілердің тромбоциттері плазма үлгісінде
40	Тест KF Stik 11 на анализатор KF Scan	уп	12	Тест KF Stik 11 на анализатор KF Scan	Тест KF Stik 11 на анализатор KF Scan	KF Scan анализаторына арналған KF Stik 11 сынағы

41	Г D Dimer 3*6.5ml для анализатор Yumizen	набор	1	Yumizen G D Dimer 3*6.5ml	Yumizen G D Dimer 3*6.5ml	Yumizen G D Dimer 3*6.5ml
42	Г STRL D Dimer для анализатор Yumizen	набор	1	для анализатор Yumizen G STRL D Dimer	для анализатор Yumizen G STRL D Dimer	Yumizen G STRL D Dimer анализаторы үшін
43	Г STRL I & II для анализатор Yumizen	набор	2	Контроль для проведение на анализаторе Yumizen G400	Контроль для проведение на анализаторе Yumizen G400	Yumizen G400 анализаторында жүргізуді бақылау
44	Г IMIDAZOL для анализатор Yumizen	набор	1	для анализатор Yumizen G IMIDAZOL	для анализатор Yumizen G IMIDAZOL	анализатор үшін Yumizen G IMIDAZOL
45	Г Ca CL2 для анализатор Yumizen	набор	2	для анализатор Yumizen G Ca CL2	для анализатор Yumizen G Ca CL2	Yumizen G Ca CL2 анализаторы үшін
46	Г APTT Lig 4 для анализатор Yumizen	набор	2	для анализатор Yumizen G APTT Lig 4	для анализатор Yumizen G APTT Lig 4	Yumizen G APTT Lig 4 анализаторы үшін
47	Г PT Lig 4 для анализатор Yumizen	набор	1	Реагент для определения протромбинового времени Yumizen G PT Lig 4. ПОДГОТОВКА Реагент Yumizen G PT Lig 4 готов к использованию. Аккуратно закрутите флакон, в горизонтальном положении несколько раз (5-10), прежде чем использовать его, но не трясите. Подождите, пока реагент не достигнет рабочей температуры!. ОБРАЗОЦЫ Для проведения теста Yumizen G PT Lig 4 требуется свежееотделенная плазма. Для ее получения смешайте девять частей свежеприготовленной венозной крови с одной частью тринатрийцитрата (3,2%, 109	Реагент для определения протромбинового времени Yumizen G PT Lig 4. ПОДГОТОВКА Реагент Yumizen G PT Lig 4 готов к использованию. Аккуратно закрутите флакон, в горизонтальном положении несколько раз (5-10), прежде чем использовать его, но не трясите. Подождите, пока реагент не достигнет рабочей температуры!. ОБРАЗОЦЫ Для проведения теста Yumizen G PT Lig 4 требуется свежееотделенная плазма. Для ее получения смешайте девять частей свежеприготовленной венозной крови с одной частью тринатрийцитрата (3,2%, 109	Yumizen G PT Lig 4 протромбин уақыты реагент ДАЙЫНДАУ Yumizen G PT Lig 4 реагент пайдалануға дайын. Колданаар алдында кутынын келденен күйде бірнеше рет (5-10) акырын бураныз, бірақ шайкамаңыз. Реагент жұмыс температурасына жеткенше кутінізі!. УЛГІПЕР Yumizen G PT Lig 4 сынағы үшін жанадан бөлінген плазма кажет. Оны алу үшін жанадан дайындалган веноздық каннын тоғыз бөлігін тринатрий цитратынын бір бөлігімен (3,2%, 109) араластырыңыз.

			ммоль / л). Использование более высокой концентрации тринатрифосфата (3,8%, 129 ммоль / л) не рекомендуется. Перед тестированием тщательно перемешайте кровь и плазму в центрифуге. Измерение должно проводиться в течение 24 часов. Не храните образец при температуре 2- 8 °С. См		
48	Sample needle для анализатор Pentra 400	шт	1	Sample needle Pentra 400	Sample needle Pentra 400
49	Reagent needle для анализатор Pentra 400	шт	1	Reagent needle Pentra 400	Reagent needle Pentra 400
50	OPTICAL LAMP PC 400 GBM 1326 (лампа на анализатор) ABX Pentra XL400	шт	1	OPTICAL LAMP PC 400 GBM 1326 (лампа на анализатор) ABX Pentra XL400	OPTICAL LAMP PC 400 GBM 1326 (лампа на анализатор) ABX Pentra XL400
51	Наконечники без фильтра прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в пакетах (1000шт) до 200мкл	пакет	1	Наконечники без фильтра прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в пакетах (1000шт) до 200мкл	200 мкл-ге дейін пакеттерде (1000 дана) DNase және RNase жоқ, мөлдір сүзгісіз ұштар
52	Пипетка-дозатор (одноканальная, подлежащая проверке) 100-1000мкл	шт	1	Пипетка-дозатор (одноканальная, подлежащая проверке) 100-1000мкл	Тамшыыр-диспенсер (бір арналы, тексерілді) 100-1000 мкл
53	Стекло предметное со шлифованными краями размер 25,4*76,2мм толщина 1,1-1,2мм (упаковка 50 шт)	уп	1	Стекло предметное со шлифованными краями размер 25,4*76,2мм толщина 1,1-1,2мм (упаковка 50 шт)	Өлшемі 25,4 * 76,2 мм, қалыңдығы 1,1-1,2 мм, жиектері жылтыратылған заттық шыны (50 дана қаптама)

54	Стекла покровные размер 18*18мм толщина 0,13 – 0,17мм (упаковка 10*100)	упаков ка	1	Стекла покровные размер 18*18мм толщина 0,13 – 0,17мм (упаковка 10*100)	Стекла покровные размер 18*18мм толщина 0,13 – 0,17мм (упаковка 10*100)	Қаппақ көзілдірігінің өлшемі 18*18мм қалыңдығы 0,13 - 0,17мм (қаптама 10*100)
55	Пробки к СОЗ – метру резиновые (упаковка 100 шт)	упаков ка	1	Пробки к СОЗ – метру резиновые (упаковка 100 шт)	Пробки к СОЗ – метру резиновые (упаковка 100 шт)	ESR үшін тығындар - резенке өлшегіш (қаптама 100 дана)
56	Карандаш по стеклу размер 63мм *8мм (упаковка 50шт)	упаков ка	1	Карандаш по стеклу размер 63мм*8мм (упаковка 50шт)	Карандаш по стеклу размер 63мм *8мм (упаковка 50шт)	Шыныдағы қарындаш өлшемі 63мм*8мм (орау 50 дана)
57	Палочка стеклянная L - 220мм, d – 5мм (упаковка 100 шт)	упаков ка	1	Палочка стеклянная L -220мм, d – 5мм (упаковка 100 шт)	Палочка стеклянная L -220мм, d – 5мм (упаковка 100 шт)	Шыны таяқша L -220мм, d - 5мм (қаптама 100 дана)

Условия осуществления поставки МТ <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)</i>	DDP
Срок поставки МИ	Срок поставки – в течений 5 (пяти) календарных дней со дня заявки заказчика <u>Место поставки: город Талдықорган ул. Жансүгірова 1/15</u>

Общие обязательные требования ко всем товарам:

1. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия
2. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом

Директор



(Handwritten signature)

Оспанов Б.Ж.